DÉMARRAGE RAPIDE

POUR LES LAMES RÉUTILISABLES DU SYSTÈME GLIDESCOPE TITANIUM

Lors de l'utilisation des lames réutilisables Titanium, sélectionnez le câble vidéo GlideScope avec deux connecteurs plastique circulaires *(voir la FIGURE 1)*.

FIGURE 1

1. RACCORDEMENT DU CÂBLE VIDÉO AU MONITEUR ET À LA LAME

a. Sélectionnez le vidéo-laryngoscope GlideScope (lame) approprié pour le patient.

b. Pour connecter le câble vidéo à l'arrière du moniteur, alignez la flèche sur le câble vidéo avec la flèche sur le port et insérez-le *(voir la FIGURE 2)*. Un clic signale que le câble est correctement branché.

c. Pour raccorder l'autre extrémité du câble vidéo à la lame, alignez la flèche sur le câble vidéo avec la flèche sur la lame et insérez-la. Un clic signale que le câble est correctement branché.

FIGURE 2



2. PRÉPARATION DU SYSTÈME GLIDESCOPE

a. Mettez le système sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation *(voir la FIGURE 3)*.

b. Contrôlez le bon fonctionnement du système en vérifiant que l'image affichée sur le moniteur provient de la caméra du vidéo-laryngoscope (lame). Une petite partie de la lame peut être visible dans le coin supérieur gauche ou en haut de l'écran.

c. Si nécessaire, laissez préchauffer la fonction antibuée GlideScope Reveal™ pendant 30 à 120 secondes.

FIGURE 3



POUR LA CONFIGURATION DES LAMES À USAGE UNIQUE DU SYSTÈME TITANIUM, VOIR AU VERSO.

GLIDESCOPE® TITANIUM

DÉMARRAGE RAPIDE

POUR LES LAMES À USAGE UNIQUE DU SYSTÈME GLIDESCOPE TITANIUM

Lors de l'utilisation des lames à usage unique Titanium, sélectionnez le Smart Cable GlideScope avec un connecteur plastique circulaire et un connecteur métallique *(voir la FIGURE 1)*.

FIGURE 1

1. RACCORDEMENT DU SMART CABLE AU MONITEUR ET À LA LAME

a. Sélectionnez le vidéo-laryngoscope GlideScope (lame) approprié pour le patient.

b. Pour connecter le Smart Cable à l'arrière du moniteur, alignez la flèche sur le connecteur plastique du Smart Cable avec la flèche sur le port et insérez-le *(voir la FIGURE 2)*. Un clic signale que le câble est correctement branché.

c. Pour raccorder l'autre extrémité du Smart Cable à la lame, alignez la flèche sur le connecteur métallique du Smart Cable avec la flèche sur la lame et insérez-la.

FIGURE 2



2. PRÉPARATION DU SYSTÈME GLIDESCOPE

a. Mettez le système sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation *(voir la FIGURE 3)*.

b. Contrôlez le bon fonctionnement du système en vérifiant que l'image affichée sur le moniteur provient de la caméra du vidéo-laryngoscope (lame). Une petite partie de la lame peut être visible dans le coin supérieur gauche ou en haut de l'écran.

FIGURE 3



c. Si nécessaire pour éviter l'apparition de buée, laissez préchauffer la LED pendant 30 à 120 secondes.

VERATHON MEDICAL
verathon.com
glidescope.com

Siège social :
Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, États-Unis
Tél : +1.800.331.2313 (États-Unis et Canada uniquement)
Tél : +1.425.867.1348 Fax : +1.425.883.2896

Fabricant :
Verathon Medical (Canada) ULC
2227 Douglas Road
Burnaby, Colombie-Britannique
Canada, V5C 5A9

EC REP
Distributeur CE :
Verathon Medical (Europe) B.V.
Linnaeusweg 11
3401 MS IJsselstein, Pays-Bas
Tél : +31.30.68.70.570
Fax : +31.30.68.70.512

GlideScope, le symbole GlideScope, Reveal, Verathon et le symbole Verathon Torch sont des marques commerciales de Verathon Inc. ©2014 Verathon Inc. Les systèmes de vidéo-laryngoscopie GlideScope portent la marque CE conformément à la directive relative aux appareils médicaux et le système de qualité de Verathon Inc. a obtenu la certification ISO 13485:2003.

EUSM-0592-00-60